



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOU_FE
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0014154
DATA: 11/05/2020
OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di sistema non fluoroscopico di mappaggio elettroanatomico intracardiaco con tecnologia magnetica

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Teresa Cavallari

CLASSIFICAZIONI:

- [07-03-02]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0014154_2020_Lettera_firmata.pdf	Cavallari Teresa	336AFFF2C1DDA0469EE6D848E188BA4E B7ECE76D72FCA2EB7138D4D29909994C



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Ditte Varie
Loro Sedi

OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di sistema non fluoroscopico di mappaggio elettroanatomico intracardiaco con tecnologia magnetica


Si informa che l'Azienda Ospedaliera di Ferrara sta effettuando una indagine di mercato per la fornitura di un sistema non fluoroscopico di mappaggio elettroanatomico intracardiaco con tecnologia magnetica in grado di fornire la migliore accuratezza spaziale dell'anatomia cardiaca per l'ablazione delle fibrillazioni atriali e delle tachicardie ventricolari complesse. Il sistema deve garantire la rilevazione della forza di contatto dei cateteri e la completa integrazione nella mappa del dato ecotomografico intracardiaco. In particolare tale integrazione deve consentire la ricostruzione elettro - anatomica tridimensionale tramite l'acquisizione sequenziale di immagini ecocardiografiche bidimensionali intracavitare. Il sistema deve inoltre garantire l'acquisizione di una mappa di intensità di forza di contatto tra catetere e parete cardiaca.

Gli Interessati sono invitati a riscontrare la presente richiesta inviando **entro le ore 13.00 del 27 maggio 2020** all'indirizzo: **protocollo@pec.ospfe.it** e mail: **t.cavallari@ospfe.it** quanto segue :

- 1) documentazione tecnica e certificazioni dei dispositivi proposti tali da evidenziare il possesso delle caratteristiche e di tutti gli aspetti tecnici indicati e richiesti
- 2) nota contenete la dichiarazione che non sussiste a carico dell' Impresa alcuno dei motivi di esclusione dalle gare previsti dall' art. 80 dlgs 50/2016

La documentazione prodotta dovrà indicare come oggetto: *“ Riscontro a indagine di mercato per la fornitura di sistema non fluoroscopico di mappaggio elettroanatomico intracardiaco con tecnologia magnetica”*

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo nè la Ditta alla partecipazione nè l' Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara ad avviare la procedura di gara o, in caso di avvio della procedura a mantenere inalterate le caratteristiche e condizioni sopra riportate



Firmato digitalmente da:
Teresa Cavallari

Responsabile procedimento:
Teresa Cavallari

Antonella Rossi
Beni Sanitari di Consumo

Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara
Sede legale Via Aldo Moro, 8 - 44124 Cona, Ferrara
Tel +39.0532.236111
urp@ospfe.it - www.ospfe.it
Partita IVA 01295950388