



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOU_FE
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0011915
DATA: 22/04/2020
OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura in Service di fibrocistoscopi flessibili e guaine monouso per Unita' Operativa di Urologia.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Teresa Cavallari

CLASSIFICAZIONI:

- [07-03-02]


DOCUMENTI:

| File | Firmato digitalmente da | Hash |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| PG0011915_2020_Lettera_firmata.pdf: | Cavallari Teresa | A4233E73DF2B54911BD0DED7D1D3B4B9 41AF5DDEF4F8CE01402FE531BB36BDED |



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Ditte Varie
Loro Sedi

OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura in Service di fibrocistoscopi flessibili e guaine monouso per Unità Operativa di Urologia.

Si informa che questa Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara sta effettuando una indagine di mercato per la fornitura in Service di n. 2 fibrocistoscopi flessibili e guaine monouso utilizzate a copertura degli stessi fibrocistoscopi, per lo svolgimento di procedure urologiche cistoscopiche, in regime ambulatoriale o al letto del paziente, per un totale di circa 300 procedure annue, da effettuarsi presso l'Unità Operativa di Urologia dell'Ospedale di Cona.

I fibrocistoscopi devono possedere almeno le seguenti caratteristiche:

- *lunghezza utile del tubo di inserimento: indicativamente 370 mm;*
- *campo visivo: indicativamente 120° (aria) – 87° (in acqua);*
- *profondità di campo: indicativamente 3 - 50 mm;*
- *angolazione: indicativamente 220° verso l'alto/ 145° verso il basso.*

Le guaine monouso devono rispettare i seguenti requisiti:

- *monouso, sterili;*
- *dotazione di un canale operativo di dimensioni indicativamente pari a 2 mm, esterno ma incorporato nella stessa guaina. Tale canale deve essere robusto ed impermeabile ed estendersi per tutta la lunghezza della guaina, permettendo il massimo volume di irrigazione e di aspirazione di fluidi ed il passaggio di dispositivi accessori;*
- *dotazione di finestra otticamente trasparente per non alterare la visione del fibrocistoscopio;*
- *presenza di sistema di copertura del dispositivo di comando;*
- *dotazione di una forma tale da non consentire lo spostamento o la rotazione del fibrocistoscopio all'interno della guaina.*

Si invitano pertanto le ditte interessate a manifestare l'interesse a partecipare ad una procedura di gara per la fornitura in oggetto, inviando **entro le ore 13.00 del 22 maggio 2020** all'indirizzo: **protocollo@pec.ospfe.it** e mail: **t.cavallari@ospfe.it** e **a.rossi@ospfe.it** quanto segue:

1) dichiarazione di poter fornire i prodotti richiesti



- 2) scheda tecnica dei dispositivi e certificazione di conformità alla direttiva 98/79/CE (marcatura CE)
- 2) nota contenete la dichiarazione che non sussiste a carico dell' Impresa alcuno dei motivi di esclusione dalle gare previsti dall' art. 80 dlgs 50/2016

La documentazione prodotta dovrà indicare come oggetto: **“Riscontro a indagine di mercato per la fornitura in Service di fibrocistoscopi flessibili e guaine monouso per Unita’ Operativa di Urologia.**

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo nè la Ditta alla partecipazione nè l' Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara ad avviare la procedura di gara o, in caso di avvio della procedura a mantenere inalterate le caratteristiche e condizioni sopra riportate

A disposizione per ogni chiarimenti
Cordiali saluti

Firmato digitalmente da:
Teresa Cavallari

Responsabile procedimento:
Teresa Cavallari