



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOU_FE
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0031289
DATA: 16/11/2020
OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura in service di un sistema automatico per la preparazione di citoinclusi da campioni citologici in fase liquida ThinPrep TM (Hologic)

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Teresa Cavallari

CLASSIFICAZIONI:

- [07-03-04]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0031289_2020_Lettera_firmata.pdf:	Cavallari Teresa	9C05C7379C55BBABD6C9A9C8A1D09C6 03F1BE79A0E34B9E49AA1029B0E1EB3B 3



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Servizio Comune Economato e Gestione Contratti

Ditte Varie
Loro Sedi

OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura in service di un sistema automatico per la preparazione di citoinclusi da campioni citologici in fase liquida ThinPrep TM (Hologic)

Si informa che l'Azienda Ospedaliera di Ferrara sta effettuando una indagine di mercato per la fornitura in service un sistema automatico per la preparazione di citoinclusi da campioni citologici in fase liquida ThinPrep TM (Hologic) comprensivo di strumentazione in locazione con assistenza tecnica di tipo full risk, fornitura di kit consumabili ed ogni altro materiale d'uso (previsione di attività n° 800 casi/ anno).

Il sistema deve possedere seguenti caratteristiche:

- garantire la possibilità di processazione di ogni tipo di campione citologico raccolto in fase liquida (agoaspirati, versamenti, liquidi, lavaggi endocavitari, broncolavaggi, etc.)
- garantire il recupero di tutto il campione citologico disponibile, senza la necessità di aliquotare diversi prelievi per eventuali test ancillari .


Gli Interessati sono invitati a riscontrare la presente richiesta inviando **entro le ore 13.00 del 1 dicembre 2020**

all'indirizzo: protocollo@pec.ospfe.it e mail: t.cavallari@ospfe.it quanto segue :

- 1) documentazione tecnica e certificazioni dei dispositivi proposti che dettagliano le caratteristiche tecniche possedute da tutti i componenti il sistema (apparecchiatura, materiali d'uso, kit consumabili)
- 2) tempi di consegna della strumentazione dall' ordine (espressi in giorni solari)
- 3) nota contenete la dichiarazione che non sussiste a carico dell' Impresa alcuno dei motivi di esclusione dalle gare previsti dall' art. 80 dlgs 50/2016

La documentazione prodotta dovrà indicare come oggetto: “ *Riscontro a indagine di mercato per la fornitura in service di sistema automatico per la preparazione di citoinclusi da campioni citologici in fase liquida ThinPrep TM* ”

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo nè la Ditta alla partecipazione nè l' Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara ad avviare la procedura di gara o, in caso di avvio della procedura, a mantenere inalterate le caratteristiche e condizioni sopra riportate



Firmato digitalmente da:

Teresa Cavallari

Responsabile procedimento:
Teresa Cavallari

Susanna Rossi
Beni Sanitari di Consumo

Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara
Sede legale Via Aldo Moro, 8 - 44124 Cona, Ferrara
Tel +39.0532.236111
urp@ospfe.it - www.ospfe.it
Partita IVA 01295950388