



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOU\_FE  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0023431  
DATA: 18/10/2018  
OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di diagnostici marcati CE-IVD per la diagnosi della sindrome da X-fragile

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Teresa Cavallari

CLASSIFICAZIONI:

- [06-05-04]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0023431_2018_Lettera_firmata.pdf	Cavallari Teresa	816FCD96C8EB9836766355E0A46B33DD BA77ADAF6FBAB7E81DB81FB141DE4F73



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Beni Sanitari di Consumo

Ditte Varie  
Loro Sedi

**OGGETTO:** Indagine di mercato per la fornitura di diagnostici marcati CE-IVD per la diagnosi della sindrome da X-fragile

Si informa che questa Azienda Ospedaliera di Ferrara sta effettuando una indagine di mercato per la fornitura di kit CE-IVD per la determinazione del numero di ripetizioni tri-nucleotidiche CGG e di kit CE-IVD per la valutazione dello stato di metilazione del gene FMR1 per la diagnosi della Sindrome da X Fragile (FRAXA).

I kit diagnostici devono poter consentire di determinare dimensioni di espansioni tri-nucleotidiche in un range che identifichi alleli normali, intermedi, premutati e con mutazione completa con ripetizioni maggiori di 200 CGG e consentire la valutazione dello stato di metilazione del gene FMR1 indispensabile per la completezza della diagnosi della patologia

Si invitano pertanto le Ditte interessate a riscontrare la presente richiesta inviando **entro le ore 13.00 del 2.11.2018** all'indirizzo: **protocollo@pec.ospfe.it** e mail: **t.cavallari@ospfe.it** quanto segue:

- 1) documentazione tecnica dei dispositivi proposti e certificazioni tali da evidenziare il possesso delle caratteristiche richieste
- 2) nota contenente la dichiarazione che non sussiste a carico dell' Impresa alcuno dei motivi di esclusione dalle gare previsti dall' art. 80 dlgs 50/2016

La documentazione prodotta dovrà indicare come oggetto: " *Riscontro a indagine di mercato per la fornitura di diagnostici marcati CE-IVD per la diagnosi della sindrome da X-fragile* "

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo nè la Ditta alla partecipazione nè l' Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara ad avviare la procedura di gara o, in caso di avvio della procedura a mantenere inalterate le caratteristiche e condizioni sopra riportate

*dott.ssa Teresa Cavallari*  
*Responsabile M.O. Beni Sanitari di Consumo*  
*Servizio Comune Economato e Gestione Contratti*  
*AUSL-AOU Ferrara*



Firmato digitalmente da:  
Teresa Cavallari

Responsabile procedimento:  
Teresa Cavallari

**Susanna Rossi**  
Beni Sanitari di Consumo

**Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara**  
Sede legale Via Aldo Moro, 8 - 44124 Cona, Ferrara  
Tel +39.0532.236111  
[urp@ospfe.it](mailto:urp@ospfe.it) - [www.ospfe.it](http://www.ospfe.it)  
Partita IVA 01295950388